ARK Diagnostics, Inc.

ARK™ *Levetiracetam Calibrator*

Tento příbalový leták společnosti ARK Diagnostics, Inc. pro ARK Levetiracetam Calibrator si musíte před použitím pečlivě přečíst. Pokyny pro příbalovou informaci je třeba dodržovat odpovídajícím způsobem. Spolehlivost výsledků testu nelze zaručit, pokud existují nějaké odchylky od pokynů v této příbalové informaci.

Každou závažnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, nahlaste výrobci a případně příslušnému orgánu. Shrnutí bezpečnosti a funkčnosti je k dispozici prostřednictvím databáze Eudamed (Evropská databáze zdravotnických prostředků), SRN: US-MF-000023925.

Zákaznický servis

ARK Diagnostics, Inc.

48089 Fremont Blvd
Fremont, CA 94538 USA
Tel.: 1-877-869-2320
Fax: 1-510-270-6298
customersupport@ark-tdm.com
www.ark-tdm.com

CE EC REP

2797
Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

CH REP

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

Klíč k použitým symbolům

LOT	Kód dávky	**YYYY-MM-DD**	Spotřebujte do / Datum expirace
REF	Katalogové číslo		Výrobce
EC REP	Autorizovaný zástupce	CE **2797**	Značka CE s číslem oznámeného subjektu
IVD	Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro		Teplotní omezení
	Přečtěte si návod k použití	Calibrator	Kalibrátor
Rx Only	Použití pouze na lékařský předpis		

© 2026, ARK Diagnostics, Inc.

Sada kalibrátoru REF 5024-0002-00

1 Název

ARK™ ***Levetiracetam Calibrator***

2 Zamýšlené použití

ARK Levetiracetam Calibrator je určen pro použití při kalibraci ARK Levetiracetam Assay, REF 5024-0001-00.

3 Obsah

ARK Levetiracetam Calibrator je složen ze syntetické proteinové matrice s následujícími koncentracemi levetiracetamu:

REF	Popis produktu		Množství/objem
5024-0002-00	**ARK Levetiracetam Calibrators** Levetiracetam, pufr, hovězí sérový albumin a konzervační látky		Lahvičky s kapátkem
	A	0,0 µg/ml	1 × 4 ml
	B	5,0 µg/ml	1 × 2 ml
	C	12,5 µg/ml	1 × 2 ml
	D	25,0 µg/ml	1 × 2 ml
	E	50,0 µg/ml	1 × 2 ml
	F	100,0 µg/ml	1 × 2 ml

4 Normy

Neexistuje žádný mezinárodně uznávaný standard pro levetiracetam. ARK Levetiracetam Calibrators se připravují gravimetrickým ředěním vysoce čistého levetiracetamu do syntetické bílkovinné matrice bez levetiracetamu.

5 Varování a bezpečnostní opatření

- **Pro diagnostické použití *in vitro*.**
- Nemíchejte kalibrátory z různých čísel dávek.
- Použijte každou dávku jako sadu.

6 Návod k použití

- Úplné shrnutí a vysvětlení testu na levetiracetam naleznete v příbalovému letáku pro ARK Levetiracetam Assay.
- Kalibrátory jsou připraveny k použití. Před dávkováním promíchejte každou úroveň jemným převrácením.
- Vmáčkněte dostatečný objem (~40 µl/kapku) do jednotlivých kelímků na vzorky pro každou úroveň. Projděte si požadavky na objem vzorku specifické pro daný přístroj. Vraťte uzávěry do původních nádob a udržujte je utěsněné.
- Skladujte při teplotě 2–8 °C. Po otevření spotřebujte do 12 měsíců a před datem expirace.

7 Postup

Kalibrace
Proveďte úplný kalibrační postup (6 bodů); testujte kalibrátory dvakrát. Ověřte kalibrační křivku nejméně dvěma úrovněmi kontroly kvality podle zavedeného plánu zajištění kvality laboratoře.

Kdy provést rekalibraci
- Kdykoli použijete nové číslo dávky činidel
- Kdykoli to naznačují výsledky kontroly kvality
- Kdykoli to vyžadují standardní laboratorní protokoly

8 Omezení postupu

Přesné a reprodukovatelné výsledky jsou závislé na správně fungujících nástrojích, činidlech, kalibrátorech, kontrolách, skladování produktu podle pokynů a dobré laboratorní technice.

9 Ochranné známky

ARK™ je ochranná známka společnosti ARK Diagnostics, Inc.
Jiné známky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných držitelů.

ARK Diagnostics, Inc.
Fremont, CA 94538 USA

Revidováno v lednu 2025
1600-0170-00CS Rev 06